



VATTENHALTBESTÄMNINGSTABELL

Till mätaren Wile-55

Senap

SISFXXX1.A54

Använd skala -0-

Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C	Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C
1940	5	1648	14,5
1936	5,5	1617	15
1931	6	1587	15,5
1927	6,5	1556	16
1922	7	1521	16,5
1918	7,5	1486	17
1913	8	1451	17,5
1902	8,5	1415	18
1891	9	1380	18,5
1879	9,5	1345	19
1868	10	1310	19,5
1851	10,5	1275	20
1834	11	1240	20,5
1817	11,5	1204	21
1800	12	1169	21,5
1770	12,5	1134	22
1739	13	1099	22,5
1709	13,5	1064	23
1678	14	1029	23,5