



VATTENHALTBESTÄMNINGSTABELL

Till Wile 55, -65 & -66

Bondböna

HPSFxt1.A59

Använd skala -0-

Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C	Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C
1920	8,0	1760	17,3
1910	9,0	1740	17,8
1900	10,2	1720	18,2
1890	11,1	1700	18,6
1880	12,0	1650	19,6
1870	12,8	1600	20,5
1860	13,5	1550	21,3
1850	14,0	1500	22,1
1840	14,5	1450	22,9
1830	15,0	1400	23,7
1820	15,4	1350	24,4
1800	16,1	1300	25,1
1780	16,7		