



VATTENHALTBESTÄMNINGSTABELL

Till Wile 65

Kummin

KUSFXXX1.A59

Använd skala -0-

Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C	Mätaravläsning	Vattenhalt-% vid 25°C
1950	7,0	1720	16,3
1940	8,5	1700	16,6
1930	10,0	1650	17,4
1920	10,7	1600	18,1
1910	11,4	1550	18,8
1900	12,1	1500	19,5
1890	12,4	1450	20,2
1880	12,8	1400	20,9
1860	13,6	1350	21,6
1840	14,1	1300	22,3
1820	14,5	1250	23,0
1800	14,9	1200	23,7
1780	15,2	1150	24,4
1760	15,6	1100	25,1
1740	15,9		